

放射線測定室アスナロ 測定結果 8月

No.	試料名称	放射線濃度 (ヨウ素 131)	放射線濃度 (セシウム 134)	放射線濃度 (セシウム 137)	備考	
	単位	Bq/kg	Bq/kg	Bq/kg	採取年月日	測定年月日
163	かぼちゃ	検出されず	検出されず <2. 17	検出されず <2. 26	2012. 8. 3 野田市	2012. 8. 4 4000秒
164	土壌	検出されず	118. 40 誤差±4. 09	180. 84 誤差±6. 39	2012. 8. 8 千葉県	2012. 8. 9 4000秒
165	水道水	検出されず	検出されず <1. 99	検出されず <2. 13	2012. 8. 8 千葉県	2012. 8. 9 4000秒
166	海水	検出されず	検出されず <1. 90	検出されず <1. 97	2012. 8. 8 千葉県	2012. 8. 9 4000秒
167	野草	検出されず	5. 96 誤差±4. 08	検出されず <6. 03	2012. 8. 8 千葉県	2012. 8. 9 4000秒
168	水道水	検出されず	検出されず <1. 96	検出されず <2. 01	2012. 8. 10 群馬県水上市	2012. 8. 11 4000秒
169	桃	検出されず	4. 17 誤差±2. 04. 08	検出されず <3. 05	2012. 8. 福島市	2012. 8. 13 4000秒